

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

posouzení shody podle §22, zákona č. 22/1997 Sb. a následných změn



Společnost: **ORBIT MERRET, spol. s r.o.**
Klánova 81/141, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 00551309

Výrobce: **ORBIT MERRET, spol. s r.o.**
Vodňanská 675/30, 198 00 Praha 9, Česká republika

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, a že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády ČR.

Výrobek: Panelový programovatelný přístroj

Typ: **OML 343**

Verze: DC, AC, UNI, PWR, RS

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., elektrická zařízení nízkého napětí (směrnice č. 2014/35/EU)

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., elektromagnetická kompatibilita (směrnice č. 2014/30/EU)

Vlastnosti výrobku jsou v souladu s harmonizovanou normou:

el. bezpečnost ČSN EN 61010-1

EMC ČSN EN 61326-1

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC „Průmyslová oblast“
ČSN EN 50131-1, kap. 14 a kap. 15, ČSN EN 50130-4, kap. 7, ČSN EN 50130-4, kap. 9 (ČSN EN 61000-4-2 ed.2),
ČSN EN 50130-4, kap. 10 (ČSN EN 61000-4-3, ed. 3), ČSN EN 50130-4, kap. 11 (ČSN EN 61000-4-6 ed.3),
ČSN EN 50130-4, kap. 12 (ČSN EN 61000-4-4, ed. 2), ČSN EN 50130-4, kap. 13 (ČSN EN 61000-4-5),
ČSN EN 61000-4-8, ČSN EN 61000-4-9, ČSN EN 61000-6-1, ČSN EN 61000-6-2,
ČSN EN 55022 ed.2, kap. 5 a kap. 6

Výrobek je opatřen označením CE, vydáno v roce 2012

Jako doklad slouží protokoly autorizovaných a akreditovaných organizací:

EMC MO ČR, Zkušebna tech. prostředků, protokol č: 164/11-138/2012 ze dne 24/08/2012
MO ČR, Zkušebna tech. prostředků, protokol č: 164/11-145/2012 ze dne 24/08/2012

Místo a datum vydání: Praha, 20. dubna 2016

Vydavatel prohlášení: Miroslav Hackl, jednatel společnosti